

平成27年 6月 24日

## 質問回答書

地方独立行政法人新小山市民病院  
事務部経理課 用度係

医療用ガス（ボンベ）に係る競争入札に関し、次の質問に回答します。

(質問事項)

受付日	回答内容
H27.6.16	<b>【質問】</b> 炭酸ガスは局方か？
	<b>【回答】</b> お見込みの通り。
H27.6.16	<b>【質問】</b> 4種混合ガスの組成内訳は？
	<b>【回答】</b> CO+O2+He+N2。
H27.6.16	<b>【質問】</b> ダイサイドは商品名。他社製造品での応札は可能か？
	<b>【回答】</b> 可とする。
H27.6.16	<b>【質問】</b> 入札書の提出日の記載がないが。
	<b>【回答】</b> 当日入札、当日開札となる。
H27.6.19	<b>【質問】</b> ダイサイド 30kg は、アセプトンであると記号はどれに該当するか。 (C-10、C-20、C-30 のどれか)
	<b>【回答】</b> アセプトン C-20 であろうか。念の為、ダイサイドならびにアセプトン双方の製造元に照会願いたい。