

仕 様 書

1 (入札条件)

(1) 入札対象物品名・数量

本入札の対象銘柄は下記の物品とする。

メーカー	品 名	型 式	数量
	中央材料室機器一式		
	(構成)		
サクラ精機	システム流し台 (エアーガン付属)	SS-2002HA	2
サクラ精機	自動内視鏡処置具洗浄装置	TUS-250	1
サクラ精機	超音波洗浄装置	US-201SAN	1
サクラ精機	呼吸器系回路用洗浄・除染・乾燥システム	ASK-6500ST	1
サクラ精機	チューブ乾燥機	TUK-52	1
サクラ精機	自動ジェット式超音波洗浄装置	WUS II -3100DXW	2
サクラ精機	システム乾燥機	SNK-1152EW	1
サクラ精機	高圧蒸気滅菌装置	VSCR-G12 VSCR-G12NR (H27.08.14 変更)	2
サクラ精機	酸化エチレンガスカートリッジ式滅菌装置	EC II -B2600	1
サクラ精機	酸化エチレン排ガス処理装置 (コンプレッサー・空気タンク付属)	HGS-300	1
サクラ精機	RO 水製造装置 (RO 水貯水槽 500L 付属)	SM II-41RO PRO-0500 (H27.08.14 変更)	1
サクラ精機	システム作業台	SD-150S	2
	以下次葉		

	前葉より		
サクラ精機	メディカルシーラー	EM30KLC	3
サクラ精機	パスボックス	PB-12	1
サクラ精機	恒温槽		1
サクラ精機	システム作業台	SD-1812	2
	以上		

(2) 納入期限

平成27年 12月 18日 (金)

(3) 納入場所

栃木県小山市大字神鳥谷2251番地1
地方独立行政法人新小山市民病院 (新病院)

(4) 保守体制

① 保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制にあること。

② 支援体制

年間を通じて連絡が出来る体制であり、障害時において復旧のための通報を受けてから、24時間以内に現場にて対応が出来る体制であること。

③ 保証期間

納入検査確認後、1年間は通常の使用により故障した場合、無償対応に応じること。

2 (設置条件)

(1) 入札後、実際の納入期日までにモデルチェンジ等により対象物品を納入することが出来なくなった場合には、病院側と協議の上後継機種を納入すること。

(2) 取扱説明

① 取扱説明に係る教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

② 操作マニュアルは、日本語版を適宜部数用意すること。

3. その他

搬入・設置、試運転、調整費、法令に基づく点検等の諸経費を含むものとする。