

**骨密度測定装置一式購入
仕 様 書**

**地方独立行政法人新小山市民病院
事 務 部**

1（入札条件）

（1）入札対象物品名・数量

本入札の対象銘柄は下記の物品とする。

メーカー		品名	型式	数量	備考
日立製作所		X線骨密度測定装置（上下機構台車付）	ALOKA ALPHYS A	1式	
		（内訳）			
日立製作所	1	本体	ALOKA ALPHYS A	1	
〃		台車（上下機構付）	RMT-ALPHYS-A-2	1	
〃		リモートコントローラ	KOK-ALPHYS-A-0001	1	
〃		X線管理ユニット	KOK-ALPHYS-A-0002	1	
〃		DICOM通信機能	KOW-ALPHYS-A-0001	1	
〃		カラーシート イエロー	KOK-ALPHYS-A-0005	1	
〃		ノートPCフルセット（プリンタ含む）	LIF A576 /PIX IP2700	1	
〃		標準パソコンラック	RAC-EC35	1	
〃		据付費		1	
〃		漏洩線量測定		1	
富士フイルム	2	DICOM接続エンジニアリングフィー		1	
〃		MWM接続エンジニアリングフィー		1	
〃		システム導入調整		1	
東芝メディカルシステムズ	3	同時曝射連動接点信号配線	対象機：乳房X線撮影装置 MGU1000D	1	
〃		使用中連動接点信号配線	対象機：乳房X線撮影装置 MGU1000D	1	
不問	4	現有機器撤去費	対象機：東洋メディック製 DTX-200	1	
		以 上			

（2）納入期限

平成30年3月30日（金）まで。

（3）納入場所

施設名：地方独立行政法人新小山市市民病院

所在地：栃木県小山市大字神鳥谷 2 2 5 1 番地：放射線部門

（4）保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期保守点検を実施できる体制にあること。

②支援体制

年間を通じて連絡が出来る体制であり、障害時において復旧のための通報を受けてから、24時以内に現場にて対応が出来る体制であること。

③保障期間

納入検査確認後 1 年間、通常の使用により故障した場合には無償対応に応じること。

2（設置条件）

（1）入札後、実際の納入期日までにモデルチェンジ等により対象物品を納入する事が出来なくなった場合には、病院側と協議の上後継機種を納入すること。

（2）取扱説明

①取扱説明にかかる教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

②操作マニュアルは、日本語版を適宜部数用意すること。

