

長時間心電図解析装置一式購入  
仕様書

地方独立行政法人新小山市市民病院  
事務部

1 (入札条件)

(1)入札対象物品名・数量

本入札の対象銘柄は下記の物品とする。

メーカー	品名	型式	数量	備考
	長時間心電図解析装置		1式	
	(内訳)			
日本光電	長時間心電図解析装置	DSC-5300	1	
//	プリンタ	WL-321D	1	
//	ディスプレイ	VL-551D	1	
//	長時間心電図記録器	RAC-2503	7	
//	ホルターキット NY-051Y	Y001D	5	
//	一体型電極アダプタ BM-502E	K175B	7	
//	防水誘導コード BM-W02D	K204A	7	
//	ネックストラップ	Y059C	7	
//	RAC-2503用リューザブルポシエット	Y059A	7	
//	日本光電製生理検査システムVita接続費	SYS2	1	
//	諸経費		1	
	以上			

(2) 納入期限

平成29年10月31日(火)まで。

(3) 納入場所

施設名：地方独立行政法人新小山市市民病院

所在地：栃木県小山市大字神鳥谷2251番地・臨床検査部門

(4) 保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期保守点検を実施できる体制にあること。

②支援体制

年間を通じて連絡が出来る体制であり、障害時において復旧のための通報を受けてから、24時以内に現場にて対応が出来る体制であること。

③保障期間

納入検査確認後1年間、通常の使用により故障した場合には無償対応に応じること。

2 (設置条件)

(1) 入札後、実際の納入期日までにモデルチェンジ等により対象物品を納入する事が出来なくなっ場合は、病院側と協議の上後継機種を納入すること。

(2) 取扱説明

①取扱説明にかかる教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

②操作マニュアルは、日本語版を適宜部数用意すること。

3 (その他)

更新対象となる現有機器(フクダ電子製)の引き取り費用も見込むこと。