

**富士フィルム製内視鏡システム一式購入  
仕様書**

(H30.05.02一部変更)

**地方独立行政法人新小山市民病院  
事務部**

## 1 (入札条件)

### (1)入札対象物品名・数量

本入札の対象銘柄は下記の物品とする。

メーカー	品名	型式	数量	備考
富士フイルム メディカル(株)	内視鏡システム		1式	
	(内訳)			
富士フイルム メディカル(株)	プロセッサー	VP-7000	1	
"	光源装置	LL-7000	1	
"	送水タンク	WT-4	1	
"	上部消化管用 経鼻内視鏡	EG-L580NW7	2	
"	BNCケーブル	BNC-10	2	
+	システムカート	PC-45L	±	削除
"	特注システムカート	F-FFM-006	1	追加
"	システムカートオプション品	MET-1300	1	追加
"	システムカートオプション品	FT-0002	1	追加
+	SWissBit USB Flash Drive 2G	SFU22048E3BP2T0-I- MS-121-LB1	2	削除
"	AWボタン	AW-603 (2個入り)	1	
"	SUCボタン	SB-605 (2個入り)	1	
+	気密テスター	LT-7F	±	削除
"	G7操作部用洗浄チューブ	ESR-000-G7 AW/6 #	2	
"	VT318	VT318	1	
"	NX ITセットアップ費 (NEXUS)	NEXUS SE系費用	1	
"	初年度特約保証	過失故障	2	追加
	以 上			

### (2) 納入期限

平成30年5月31日(木)まで。

平成30年6月29日(金)まで。

### (3) 納入場所

施設名：地方独立行政法人新小山市市民病院

所在地：栃木県小山市大字神鳥谷 2 2 5 1 番 1階内視鏡室

### (4) 保守体制

#### ①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期保守点検を実施できる体制にあること。

#### ②支援体制

年間を通じて連絡が出来る体制であり、障害時において復旧のための通報を受けてから、24時以内に現場にて対応が出来る体制であること。

#### ③瑕疵担保期間

納入検査確認後1年間。

## 2 (設置条件)

(1) 入札後、実際の納入期日までにモデルチェンジ等により対象物品を納入する事が出来なくなった場合には、病院側と協議の上後継機種を納入すること。

### (2) 取扱説明

①取扱説明にかかる教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。

②操作マニュアルは、日本語版を適宜部数用意すること。